RELAM-UFU
Rede de Laboratórios Multiusuários

RELAM - Laboratórios Campus Umuarama

UFU Universidade Federal de Uberlândia ProPP

TÍTULO: Procedimiento de uso do Banho Maria Digital SSD LUCADEMA	**Nº POP: 002**	
	Data: 10/08/2022	**Rev**.:01
	Próxima revisão: 12/05/2023	

OBJETIVOS:
Normatização dos procedimentos de uso do Banho Maria Digital SSD LUCADEMA

CAMPO DE APLICAÇÃO:
Este POP aplica-se aos usuários autorizados com prévio agendamento para utilizarem o laboratório de Biologia Molecular e Celular da RELAM localizado na sala 2 do Bloco 6Z.

FUNDAMENTOS:
A elaboração deste procedimento visa o esclarecimento, orientação e padronização da utilização correta do Banho Maria Digital SSD LUCADEMA do laboratório de Biologia Molecular e Celular da RELAM.

RESPONSABILIDADES:
As responsabilidades em relação à utilização do Banho Maria Digital SSD LUCADEMA são atribuídas a todos os envolvidos no processo, a começar pelo responsável técnico do Laboratório de Biologia Molecular e Celular da RELAM, incluindo uma referência técnica, laboratoristas técnicos e usuários agendados.

ABREVIAÇÕES:
UFU: Universidade Federal de Uberlândia
EPIs: Equipamentos de Proteção Individual

MATERIAIS E REAGENTES:
EPIs como luvas, jaleco de manga longa ou uniforme, sapatos fechados.

PROCEDIMENTOS:
CUIDADOS:
Paramentação com os EPIs para evitar acidentes de trabalho.

INSTRUÇÕES:

- Colocar água no equipamento;
- Verifique se a tensão de rede elétrica é compatível com a do equipamento;
- Conecte o plugue do cabo elétrico à tomada;
- Utilizar frascos fechados e higienizados.
- Acione a chave *LIGA/DESLIGA*;

- Faça o ajuste da temperatura: Para fixar a temperatura máxima de utilização aperte a tecla **P** no painel e utilize as teclas ▲▼ para selecionar a temperatura desejada. O aquecimento inicia automaticamente.

- Aperte **P** novamente e o painel irá mostrar a temperatura que o equipamento está marcando em tempo real.
- Para efetuar a drenagem do líquido utilizar o bico de saída com uma mangueira conectada.

Obs: Não derrame líquidos sobre a parte frontal do equipamento, evite danos elétricos. Sempre que o equipamento estiver ligado a temperatura programada será mantida.

- **Referências:**

Procedimentos orientados de acordo com as instruções do fabricante.